

仕様書

1 業務名

平成 30 年度環境衛生研究センター 超低温フリーザーMDF・U53V 保守点検

2 委託業務の対象

機 器 名：超低温フリーザーMDF・U53V

(三洋電機株式会社製，製造番号：080107)

設置場所：和歌山県環境衛生研究センター 西館 2 階

3 保守委託業務の内容

以下の項目について機器の点検及び保守を年 1 回実施すること。なお、修繕費用が必要となる場合は、別途協議する。業務の実施に当たっては、和歌山県環境衛生研究センター担当者と協議の上、実施すること。また、点検完了後は検査成績書を作成し、提出すること。

(1) 下記ア及びイについて新しい消耗部品を調達し、交換作業を行うこと

ア コンプレッサ冷却ファンモーター

イ 停電警報用充電池（バッテリー）

(2) 機器の設置状態、電源、温度、電装、冷凍回路、警報、扉等について、パナソニック産機システムズ株式会社の定期点検項目票に基づく点検作業を行うこと

4 履行期限

平成 31 年 3 月 31 日

5 報告

保守点検業務を完了したときは、遅滞なく作業内容を明らかにした業務完了報告書を提出し、和歌山県環境衛生研究センター担当者の検査を受けること。

6 その他

その他詳細については、別途協議を行うこと。