電気式質量比較器仕様書

仕様及び設置	・メトラー・トレド（株）製 XPR2004SC 1．ひょう量　　2．3kg 2．目量　　0．1mg 3．繰返し性、公称荷重　0．6mg 4．使用環境　常温・常湿 5．USB-RS232C接続ケーブル ・未使用品であること。 ・香川県計量検定所が指定する場所に設置し、調整をおこなうこと。 ・検査結果報告書を提出すること。 ・検査の結果について、質量比較器合否判定を示すこと。
納入場所	香川県計量検定所
取扱説明書 機器仕様書	取扱説明書（日本語）及び機器仕様書（日本語）を2部添付すること。
操作方法	計量検定所職員に充分な説明を行い、後日の質問にも誠実に対応すること。
保証	納品設置後、1年間以上の保証を付けること。
保守対応	修理、メンテナンスを行う代理店等が県内にあり、修理時には速やかに対応をすること。
納入期限	令和8年11月30日（月）
その他	この仕様書に対する問い合わせは、下記にすること。 香川県計量検定所　検定担当　金盛 TEL　087-881-2517 FAX　087-881-1370