

仕 様 書

1 調達物品 錠剤一包化鑑査支援システム

2 要求仕様

次の参考機器と同等品以上の機能を有しているものであること。

品 名 ・ 仕 様	既存機器	数量
①錠剤一包化鑑査機器	あり	1
薬局内に設置してある錠剤分包機から受信したデータにより、分包品の鑑査を行う。 ※錠剤分包機:㈱トーショー製 Xana-2040UF8 【参考機器】㈱トーショー社製 MDM Core		
②錠剤一包化鑑査機器用鑑査卓	なし	1
分包品を一包ずつ撮影し、内容物と処方・薬品データを照合する。また、包装内の錠数、異物の有無等を解析して判定する。 【参考機器】FUJITSU ESPRIMO D7014/R		
③タッチパネルモニター(21インチ)	あり	1
錠剤一包化鑑査機器操作時の画面を表示させる。 【参考機器】㈱アイ・オー・データ機器社製 LCD-MF224FBR-T		
④バーコードリーダー	なし	1
鑑査結果の確認時に、対象の分包品に印字されたバーコードをスキャンする。 【参考機器】㈱アルフ社製 1500i-WH-SUAL		
⑤自動巻き取り装置	あり	1
薬局内に設置してある錠剤分包機により一包化した分包品を電動でロール状に巻き取る。 【参考機器】㈱トーショー社製 SAワインダー GF12-23393		

3 その他

- (1)各機器の搬入設置及び既存機器の撤去に係る作業費用を含めること。
- (2)交換後の既存機器は発注者が処分を行う。