

仕 様 書

1. 件名

CARTO 3・n G E Nメンテナンスサービス保守請負契約

2. 対象装置

バイオセンス CARTO 3 (以下「CARTO 3」という。)

- ① 製造番号 50101 (Room5 設置)
- ② 製造番号 55729 (Room3 設置)
- ③ 製造番号 50521 (Room6 設置)

n G E Nジェネレータ

- ① 製造番号 23140111FG (Room5 設置)
- ② 製造番号 23140113FG (Room3 設置)
- ③ 製造番号 23140117FG (Room6 設置)

n G E Nポンプ

- ① 製造番号 010923-105 (Room3 設置)
- ② 製造番号 010923-106 (Room5 設置)
- ③ 製造番号 101022-108 (Room6 設置)

n G E Nモニター

- ① 製造番号 23140095FM (Room3 設置)
- ② 製造番号 23140103FM (Room6 設置)
- ③ 製造番号 23130066FM (Room5 設置)

3. 契約期間

令和8年7月1日～令和9年6月30日

4. 場所

国立研究開発法人国立循環器病研究センター (以下「当センター」という。)

5. 目的

当センターの CARTO 3、n G E Nについて、常に適正な機能を発揮できる状態に保持するための保守業務。

6. 仕様

(1) 業務内容

- ・定期メンテナンス（年1回）
- ・故障箇所の修理。修理にかかる技術料、部品代（構成品・システム消耗品）、貸出費、出張料も契約金額に含むものとする。
- ・無償バージョンアップ（年1回）

(2) 対応時間

月曜日から金曜日（ただし祝祭日を除く）

午前9時から午後5時30分

ただし、緊急対応が必要な内容は、24時間365日の対応時間とすること。

7. その他

この仕様書に定めのない事項については、当センターと協議の上、決定すること。

以上