

令和3年度佐賀県衛生薬業センター安全キャビネット及びクリーンベンチ
保守点検業務委託実施内容

1 安全キャビネット保守点検業務委託項目

(1) 安全キャビネット1 (3階 細菌安全検査室 MHE-130B2)

本体内部ホルマリン燻蒸滅菌作業 1台

性能検査 1台

- 検査項目
- ・風速、風量試験
 - ・HEPA フィルタ性能試験
 - ・清浄度試験
 - ・運転点検

点検報告書の作成 1式

(2) 安全キャビネット2 (3階 北高度安全実験室 SCV-1308EC B2)

本体内部ホルマリン燻蒸滅菌作業 1台

性能検査 1台

- 検査項目
- ・風速、風量試験
 - ・HEPA フィルタ性能試験
 - ・清浄度試験
 - ・運転点検

点検報告書の作成 1式

(3) 安全キャビネット3 (3階 腸内細菌検査室 MHE-S1300A2)

本体内部ホルマリン燻蒸滅菌作業 1台

排気及び循環用 HEPA フィルタの交換 (交換部品の処分を含む)

- 交換部品
- ・排気用 HEPA フィルタ 1枚
 - ・循環用 HEPA フィルタ 1枚

性能検査 1台

- 検査項目
- ・風速、風量試験
 - ・HEPA フィルタ性能試験
 - ・清浄度試験
 - ・運転点検

点検報告書の作成 1式

(4) 安全キャビネット4 (3階 ウイルス分離用無菌室 VH-1300BH-2A/B3)

本体内部ホルマリン燻蒸滅菌作業 1台

排気及び循環用 HEPA フィルタの交換 (交換部品の処分を含む)

- 交換部品
- ・排気用 HEPA フィルタ 1枚
 - ・循環用 HEPA フィルタ 1枚

排気ファン用Vベルト（天井裏設置）の交換（交換部品の処分を含む）

交換部品 ・排気ファン用Vベルト 1本

性能検査 1台

検査項目 ・風速、風量試験
・HEPA フィルタ性能試験
・清浄度試験
・運転点検

点検報告書の作成 1式

2 クリーンベンチ保守点検業務委託項目

(1) クリーンベンチ1（2階 食品検査室 MCV-B161F）

排気及び循環用HEPAフィルタの交換（交換部品の処分を含む）

交換部品 ・排気用HEPAフィルタ 2枚

・循環用HEPAフィルタ 2枚

性能検査 1台

検査項目 ・風速試験
・HEPA フィルタ性能試験
・清浄度試験
・運転点検

点検報告書の作成 1式

(2) クリーンベンチ2（3階 ウイルス無菌室2 S-1601WRV）

循環用HEPAフィルタの交換（交換部品の処分を含む）

交換部品 ・循環用HEPAフィルタ 2枚

性能検査 1台

検査項目 ・風速試験
・HEPA フィルタ性能試験
・清浄度試験
・運転点検

点検報告書の作成 1式