

AED 発注仕様書

1) 品名・品番 自動体外式除細動器 サマリタンPAD 350P
8年保証安心パック

2) メーカー名 株式会社ヤガミ

3) 仕様・性能

〈本体〉波 形 : 二相性

エネルギー : 50J、150J、200J

充電時間 : 150J 充電に8秒以下、200J 充電に12秒以下

除細動回数 : 200J時 60回以上

メッセージ : 音声や光で指示

電 源 : 二酸化マンガンリチウム電池

質 量 : 約1.1kg (バッテリー含む)

動作温度 : 0～50℃

耐用年数 : 8年 (本体)

保証期間 : 8年 (メーカー保証)

〈付属品〉 ・ 本体収納キャリングケース
 ・ 小学生～大人用パッドパック
 ・ レスキューセット
 ・ 操作説明書 (DVD付)
 ・ AED設置ステッカー

4) 納入場所

納入場所	数量
近江八幡市立 八幡小学校	1 式
近江八幡市立 島小学校	1 式
近江八幡市立 岡山小学校	1 式
近江八幡市立 金田小学校	1 式
近江八幡市立 桐原小学校	1 式
近江八幡市立 桐原東小学校	1 式

近江八幡市立 馬淵小学校	1 式
近江八幡市立 北里小学校	1 式
近江八幡市立 武佐小学校	1 式

5) 納入期日 令和7年11月14日(金)

6) その他

- 同等品以上の物品を可とするが、同等品規格確認票とカタログを提出の上、事前に機種の審査を受けること。
同等品確認受付日時 令和7年9月22日(月)
受付場所 近江八幡市教育委員会事務局教育総務課
受付方法 同等品確認がある場合は所定様式に記入の上、受付場所まで直接提出すること。
- 審査回答日時 令和7年9月25日(木)まで
回答方法 FAXおよび文書にて通知
- 同等品以上の機種の見積書には、同等品規格確認票を添付すること。
- 納入日時、場所等の詳細については、担当課および学校と十分協議し、訪問のうえ、交換作業を行うこと。
- 納入の際は、担当者に対し本体及び付属品等の取り扱いについて説明を十分に行い、納入先より申し出があった場合、随時、機器使用について説明を行えるサポート体制を整えること。
- 保証期間内の消耗品(電極パッドおよびバッテリー)は、有効期限による定期交換に限らず救命使用時においても保証期間内は回数制限なく無償で供給すること。
- 故障による修理及び消耗品の経年経過による交換又はAED使用後のメンテナンス等が必要となった場合には、納入先の求めに応じ速やかに対応し、常に設置場所へ機器が備わるような体制を整えること。
- 保証期間は納入完了の日から起算して最低1カ年とし、この期間納入業者の責任において故障、破損等の欠陥を認めたときは、その修理等(部品代金を含む)は無償で行うものとし、その期間代替品を用意すること。また、保証期間終了後も修理等が生じた場合は、その期間について代替品を用意すること。
- 使用可能な状態にするための費用および既存設置分の処分費を含むこと。
- 納入及び設置等の際に生じるダンボール等のゴミについては、持ち帰り処分すること。
- 業務遂行にあたり、詳細については別途協議すること。